

## 自動血圧計試験結果に関する調査集計表

## フクダ電子株式会社

(医用)

製造会社名	製品名	型番	家庭用/医療用	試験結果に関する情報(学術論文等)	備考
フクダ電子株式会社	デジタルホルタ記録器 デジタルウォーカー	FM-800	医療用機器に組み込まれている血圧測定機能	ESH International Protocol Validation of the FM-800 Ambulatory Blood Pressure Monitor According to the Association for the Advancement of Medical Instrumentation Criteria and the International Protocol: Clinical and Experimental Hypertension, 32(8), 523-527.	
フクダ電子株式会社	ベッドサイドモニタ	DS-7000シリーズ	医療用機器に組み込まれている血圧測定機能	AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276)	
フクダ電子株式会社	ベッドサイドモニタ	DS-7200シリーズ	医療用機器に組み込まれている血圧測定機能	AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276)	
フクダ電子株式会社	ベッドサイドモニタ	DS-8100シリーズ	医療用機器に組み込まれている血圧測定機能	AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276)	
フクダ電子株式会社	ベッドサイドモニタ	DS-8200シリーズ	医療用機器に組み込まれている血圧測定機能	AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276)	
フクダ電子株式会社	ベッドサイドモニタ	DS-8400シリーズ	医療用機器に組み込まれている血圧測定機能	AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276)	
フクダ電子株式会社	ベッドサイドモニタ	DS-8500シリーズ	医療用機器に組み込まれている血圧測定機能	AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276)	
フクダ電子株式会社	ベッドサイドモニタ	DS-8007シリーズ	医療用機器に組み込まれている血圧測定機能	AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276)	
フクダ電子株式会社	ベッドサイドモニタ	DSL-8001シリーズ	医療用機器に組み込まれている血圧測定機能	AAMI SP10 Bruce S. Alpert and Douglas W. Blakely. Validation of the Fukuda Denshi DS-7000/NIBP-701 patient monitor by AAMI standard testing. (Blood Pressure Monitoring 2009, Vol 14 No.6, 274-276)	