

	製品名	型番	試験結果に関する情報(学術論文等)	血圧計・カフの メンテナンス情報	掲載情報に 関する連絡先
1	電子血圧計	CH-432(上腕) CH-656C(手首) 両モデルとも販売終了	Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62	<血圧計> 5年もしくは最大30000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	開発センター 薬事・安規管理課
2	電子血圧計	CH-463E(上腕) CH-461C(上腕) 両モデルとも販売終了	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62	同上	開発センター 薬事・安規管理課
3	上腕型電子血圧計	CHD701	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 学術論文に関してのアンケート回答は「血圧測定性能は上記CH-463Eと同じ」。	同上	開発センター 薬事・安規管理課
4	上腕型電子血圧計	CHUR901	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 学術論文に関してのアンケート回答は「血圧測定性能は上記CH-463Eと同じ」。	同上	開発センター 薬事・安規管理課

5	上腕型電子血圧計	CHU703	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 学術論文に関するアンケート回答は「血圧測定性能は上記CH-463Eと同じ」。	同上	開発センター 薬事・安規管理課
6	上腕型電子血圧計	CH-552	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 学術論文に関するアンケート回答は「血圧測定性能は上記CH-463Eと同じ」。	同上	開発センター 薬事・安規管理課
7	上腕型電子血圧計	CH-551	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 学術論文に関するアンケート回答は「血圧測定性能は上記CH-463Eと同じ」。	同上	開発センター 薬事・安規管理課
8	上腕型電子血圧計	CH-550	Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 学術論文に関するアンケート回答は「血圧測定性能は上記CH-432と同じ」。	同上	開発センター 薬事・安規管理課

9	上腕型電子血圧計	CH-453F	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 学術論文に関するアンケート回答は「血圧測定性能は上記CH-432と同じ」。</p>	同上	開発センター 薬事・安規管理課
10	上腕型電子血圧計	CH-452	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 学術論文に関するアンケート回答は「血圧測定性能は上記CH-432と同じ」。</p>	同上	開発センター 薬事・安規管理課
11	上腕型電子血圧計	CHU501	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 学術論文に関するアンケート回答は「血圧測定性能は上記CH-432と同じ」。</p>	同上	開発センター 薬事・安規管理課
12	上腕型電子血圧計	CHU302	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 学術論文に関するアンケート回答は「血圧測定性能は上記CH-432と同じ」。</p>	同上	開発センター 薬事・安規管理課

13	上腕型電子血圧計	CHU502	Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 学术论文に関するアンケート回答は「血圧測定性能は上記CH-432と同じ」。	同上	開発センター 薬事・安規管理課
----	----------	--------	---	----	--------------------