製造会社名［テルモ株式会社］　記入日　2018 年 11 月 13 日　（家庭用）

	製品名	型番	試験結果に関する情報	血圧計・カフの メンテナンス情報	掲載情報に関する 連絡先
1	上腕一体型 電子血圧計	ES-P2000	薬事法に則り、 JIS T1115 の推奨文書　医薬発第 1043 号に従い、 外部医療機関 2 施設による精度検証を実施 検証結果別添　ﾃﾙﾓ㈱_P2000 臨床性能評価報告書 2.pdf	・耐用測定回数　1 万回 ・耐用年数　4.5 年 ・本体買い替え目安　3 年	テルモ・コールセンター 0120-008-178
2	上腕一体型 電子血圧計	ES-P2020	薬事法に則り、 JIS T1115 の推奨文書　医薬発第 1043 号に従い、 外部医療機関 2 施設による精度検証を実施 検証結果別添　ﾃﾙﾓ㈱_P2000 臨床性能評価報告書 2.pdf	・耐用測定回数　3 万回 ・耐用年数　5 年 ・本体買い替え目安　3 年	テルモ・コールセンター 0120-008-178
3	上腕型 電子血圧計	ES-R800	薬事法に則り、 JIS T1115 の推奨文書　医薬発第 1043 号に従い、 外部医療機関 2 施設による精度検証を実施 検証結果別添　ﾃﾙﾓ㈱_R800 臨床性能評価報告書 2.pdf	・耐用測定回数　1.5 万回 ・耐用年数　4.5 年 ・本体買い替え目安　3 年 ・カフ買い替え目安　1 年	テルモ・コールセンター 0120-008-178

テルモ電子血圧計Ｒ８００

性能試験報告書

種別	機械器具１８　血圧検査又は脈波検査用器具
一般的名称	自動電子血圧計
販売名	テルモ電子血圧計Ｒ８００
製造販売業者	テルモ株式会社
報告者	
住所	[redacted]
病院名	
医師名	

7．試験の成績

血圧測定値比較相関データ



被験者の年齢分布		人数	割合 [%]
44 歳以下	20%以上	8	22.9
45-64 歳	20%以上	7	20.0
65 歳以上	20%以上	20	57.1
	合計	35	100

		最高	最低
差の平均	±5mmHg以内	-0.61mmHg	-0.93mmHg
差の標準偏差	8mmHg以内	6.34mmHg	4.16mmHg

血圧値範囲			
最高血圧値	MAX	160mmHg以上	181.5mmHg
	MIN	100mmHg以下	84.5mmHg
最低血圧値	MAX	95mmHg以上	106.5mmHg

誤差分布図





8．試験担当医師の署名、捺印

この報告書は自ら実施した試験結果に基づいて、作成したものに相違ありません。

平成22年 7 月 21 日

[redacted]

－以上－

テルモ電子血圧計Ｒ８００

性能試験報告書

種別	機械器具１８　血圧検査又は脈波検査用器具
一般的名称	自動電子血圧計
販売名	テルモ電子血圧計Ｒ８００
製造販売業者	テルモ株式会社
報告者	
住所	[redacted]
病院名	
医師名	

7．試験の成績

血圧測定値比較相関データ



被験者の年齢分布	人数	割合[%]
44歳以下 20%以上	6	20.0
45-64歳 20%以上	14	46.7
65歳以上 20%以上	10	33.3
合計	30	100.0

		最高	最低
差の平均	±5mmHg以内	0.93mmHg	2.18mmHg
差の標準偏差	8mmHg以内	7.29mmHg	3.99mmHg

血圧値範囲

最高血圧値	MAX	160mmHg以上	190.5mmHg
	MIN	100mmHg以下	92.5mmHg
最低血圧値	MAX	95mmHg以上	110mmHg

誤差分布図





8．試験担当医師の署名、捺印

この報告書は自ら実施した試験結果に基づいて、作成したものに相違ありません。

平成22年 7 月 16 日

[redacted]

－以上－

性能試験報告書

種別	器具器械１８　血圧検査 又は脈波検査用器具
一般的名称	電子非観血血圧計
販売名	テルモ電子血圧計Ｐ２０００
製造者	テルモ（株）
報告者	
住所	[redacted]
病院名	
医師名	

6．試験の成績

血圧測定値比較相関データ



被験者の年齢分布：	44才以下を20%以上	28.2%
	45～64才を20%以上	28.2%
	65才以上を20%以上	43.6%

		最高	最低
差の平均	±5mmHg以内	-2.5 mmHg	3.8 mmHg
差の標準偏差	8mmHg以下	5.8 mmHg	3.3 mmHg

血圧値範囲：

最高血圧値	MAX 160mmHg以上	202 mmHg
	MIN 100mmHg以下	96 mmHg
最低血圧値	MAX 95mmHg以上	106 mmHg

誤差分布図





7．試験担当医師の署名、捺印

この報告書は自ら実施した試験結果に基づいて、作成したものに相違ありません。

平成１２年１１月２９日

[redacted]

性能試験報告書

種別	器具器械１８　血圧検査 又は脈波検査用器具
一般的名称	電子非観血血圧計
販売名	テルモ電子血圧計Ｐ２０００
製造者	テルモ（株）
報告者	
住所	[redacted]
病院名	
医師名	

6．試験の成績

血圧測定値比較相関データ



被験者の年齢分布：	44才以下を20%以上		35.3%
	45～64才を20%以上		41.2%
	65才以上を20%以上		23.5%

		最高	最低
差の平均	±5mmHg以内	-1.6 mmHg	-3.4 mmHg
差の標準偏差	8mmHg以下	4.7 mmHg	5.2 mmHg

血圧値範囲：

最高血圧値	MAX 160mmHg以上	200 mmHg
	MIN 100mmHg以下	98 mmHg
最低血圧値	MAX 95mmHg以上	108 mmHg

誤差分布図





7．試験担当医師の署名、捺印

この報告書は自ら実施した試験結果に基づいて、作成したものに相違ありません。

平成１２年１１月２９日

[redacted]