

日本精密測器株式会社

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計・カフのメンテナンス情報
1	上腕デジタル血圧計	DSK-1011	欧州高血圧学会臨床制度試験 合格 欧州高血圧学会臨床試験精度	2年推奨
2	上腕デジタル血圧計	DSK-1031	欧州高血圧学会臨床制度試験 合格 欧州高血圧学会臨床試験精度	2年推奨
3	上腕デジタル血圧計	DSK-1051	欧州高血圧学会臨床制度試験 合格 欧州高血圧学会臨床試験精度	2年推奨
4	上腕デジタル血圧計	DS-G10	欧州高血圧学会臨床制度試験 合格 欧州高血圧学会臨床試験精度	2年推奨
5	上腕デジタル血圧計	DS-N10	欧州高血圧学会臨床制度試験 合格 欧州高血圧学会臨床試験精度	2年推奨
6	上腕デジタル血圧計	DS-S10	欧州高血圧学会臨床制度試験 合格 欧州高血圧学会臨床試験精度	2年推奨
7	手首デジタル血圧計	WSK-1011	欧州高血圧学会臨床制度試験 合格 欧州高血圧学会臨床試験精度	2年推奨
8	手首デジタル血圧計	WSK-1021	欧州高血圧学会臨床制度試験 合格 欧州高血圧学会臨床試験精度	2年推奨