

製造会社名 [テルモ株式会社] 記入日 2018年11月13日 (医療用)

	製品名	型番	試験結果に関する情報	血圧計・カフの メンテナンス情報	掲載情報に関する 連絡先
1	上腕型 電子血圧計	ES-H55	Blood Pressure Monitoring, Vol.8 No.5 October 2003 : 203-209. Accuracy and applicability of the Terumo ES-H55 double-cuff sphygmomanometer for hospital use. Osamu Tochikubo , Kiyoko Nishijima, Kenji Ohshige and Kazuo Kimura .	<ul style="list-style-type: none"> ・耐用測定回数 8万回 ・耐用年数 4.5年 ・本体買い替え目安 3年 ・カフ買い替え目安 1年 	テルモ・コールセンター 0120-12-8195
2	上腕型 電子血圧計	ES-H56	Blood Pressure Monitoring, Vol.8 No.5 October 2003 : 203-209. Accuracy and applicability of the Terumo ES-H55 double-cuff sphygmomanometer for hospital use. Osamu Tochikubo , Kiyoko Nishijima, Kenji Ohshige and Kazuo Kimura .	<ul style="list-style-type: none"> ・耐用測定回数 9万回 ・耐用年数 5年 ・本体買い替え目安 3年 ・カフ買い替え目安 1年 	テルモ・コールセンター 0120-12-8195