

製造会社名〔 エレコムヘルスケア株式会社 〕

記入日：2020年11月30日

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学术论文等）	血圧計・カフのメンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕式血圧計AS01	HCM-AS01BTWH HCM-AS01WH	Clinical Test Report（臨床性能試験） Standards and methods : ISO 81060-2:2013	10,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方	エレコムヘルスケア株式会社