

	製品名	型番	試験結果に関する情報(学術論文等)	血圧計・カフのメンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕式血圧計	CHD701	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-463Eと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
2	上腕式血圧計	CHUR901	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
3	上腕式血圧計	CHU703	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
4	上腕式血圧計	CH-552	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
5	上腕式血圧計	CH-551	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部

6	上腕式血圧計	CH-550	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C.</p> <p>[Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。</p>	<p><血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)</p>	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
7	上腕式血圧計	CH-453F	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C.</p> <p>[Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。</p>	<p><血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)</p>	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
8	上腕式血圧計	CH-452	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C.</p> <p>[Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。</p>	<p><血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)</p>	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
9	上腕式血圧計	CHU501	<p>Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C.</p> <p>[Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。</p>	<p><血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)</p>	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
10	上腕式血圧計	CHU302	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C.</p> <p>[Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。</p>	<p><血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)</p>	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部

11	上腕式血圧計	CHU502	<p>Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 「血圧測定性能はCH-461Cと同じ」。</p>	<p><血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)</p>	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
12	上腕式血圧計	CHUC311 CHUC615	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。</p>	<p><血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)</p>	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
13	上腕式血圧計	CHUF311 CHUF312-MK	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。</p>	<p><血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)</p>	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
14	上腕式血圧計	CHUG330 CHUG340 CHUG360 CHUG370	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62 「血圧測定性能はCH-432Bと同じ」。</p>	<p><血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)</p>	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
15	自動電子血圧計	CH-432 販売終了	<p>Trial of validation of two devices for self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-432B and the Citizen CH-656C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2008 : 13(1):55-62</p>	<p><血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)</p>	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部

16	自動電子血圧計 CH-463E CH-461C 両モデルとも販売終了	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62	<血圧計本体> 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 <カフ> 約2,000回 [1日6回(朝夜各3回)] の測定で約1年 (カフが汚れたり、破損や空気漏れするなどして、新しくお求めになる場合は、弊社お客様相談室でお受けしております。)	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
----	---	--	--	----------------------