

製造会社名〔株式会社エー・アンド・デイ〕

記入日 2022年11月15日

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計・カフのメンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕式血圧計	UA-85x (日本販売型番： UA-851PBT-C)	ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring,2008,13:339-341 Validation of A&D UA-85x (UA-851, 852, 853, 854, 855) device for blood pressure measurement.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数（目安）：2年	TEL: <u>03-5391-6120</u> 担当： <u>メディカル販売促進1課</u> <u>加瀬</u>
2	上腕式血圧計	UA-651(UA-611) (日本販売型番： UA-651MR/UA- 651BLE/UA-651BLE Plus/UA-611)	ESH International Protocol revision 2010 ●Blood Pressure Monitoring,2014,19:50-53 Validation of the A&D BP UA-651 device for home blood pressure measurement according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数（目安）：2年	TEL: <u>03-5391-6120</u> 担当： <u>メディカル販売促進1課</u> <u>加瀬</u>
3	上腕式血圧計	UA-704 (日本販売型番： UA-704)	BHS ●Blood Pressure Monitoring,2005,10:223-225 Validation of semi-automatic device UA-704 for self-measurement of blood pressure.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数（目安）：2年	TEL: <u>03-5391-6120</u> 担当： <u>メディカル販売促進1課</u> <u>加瀬</u>
4	上腕式血圧計	UA-1020 (UA-1010, UA- 1020, UA-1030T) (D-ring 22cm -32cm cuff) (日本販売型番： UA-1020B/UA-1020G/UA- 1020ND/UA-1020E2/UA- 1030TMR/UA-1030T Plus)	BHS ●Blood Pressure Monitoring,2013, 272- 277Validation of the A&D UA-1020 upper-arm blood pressure monitor for home blood pressure monitoring according to the British Hypertension Society Protocol	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数（目安）：2年	TEL: <u>03-5391-6120</u> 担当： <u>メディカル販売促進1課</u> <u>加瀬</u>

製造会社名〔株式会社エー・アンド・デイ〕

記入日 2022年11月15日

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計・カフのメンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
5	上腕式血圧計	UA-654 (日本販売型番： UA-654MR/UA- 654Plus/UA-1005MR/UA- 1005Plus)	*UA-651 equivalence： http://www.dableducational.org/sphygmomanometers/devices_2_sbpm.html#ArmTable	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数（目安）：2年	TEL: <u>03-5391-6120</u> 担当： <u>メディカル販売促進1課</u> 加瀬
6	上腕式血圧計	UA-1200BLE (日本販売型番： UA-1200BLE)	ISO81060-2:2018 ●Validation of the A&D BP UA-1200BLE device for home blood pressure measurement according to the ISO 81060-2:2018 standard	本体耐用年数:5年	TEL: <u>03-5391-6120</u> 担当： <u>メディカル販売促進1課</u> 加瀬
7	上腕式血圧計	UA-651Plus/UA-651SL Plus (日本販売型番： UA-651Plus/UA-611Plus)	ISO 81060-2, 2018 and ISO 81060-2 Amendment 1, 2020 ●Validation of the A&D UA-651 Plus/UA-651SL Plus automated sphygmomanometer according to the ISO 81060-2, 2018 and ISO 81060-2 Amendment 1, 2020, which resulted in the currently pending Amendment to Amendment 1	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数（目安）：2年	TEL: <u>03-5391-6120</u> 担当： <u>メディカル販売促進1課</u> 加瀬