

製造会社名〔日本精密測器株式会社〕

記入日：2023年11月16日

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計とカフの清拭 方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕デジタル血圧計	DM-3000	ESH合格 欧州高血圧学会臨床試験精度	血圧計清拭：表面の汚れは、ぬるま湯や石けん水を含ませた脱脂綿又は柔らかい布で拭き取り カフ清拭：洗濯する際は、中のブラダーを取り出し、市販の洗濯石けん等で洗濯してください。 耐用期間：5年（消耗品は除く）	技術統括部