

製造会社名〔テルモ株式会社〕

記入日: 2023年11月23日

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	医用電子血圧計	ES-H55／ES-H55D／ ES-H55DN／ES-H56／ ES-H56D	Blood Pressure Monitoring. Vol.8 No.5 October 2003 : 203-209. Accuracy and applicability of the Terumo ES-H55 double-cuff sphygmomanometer for hospital use. Osamu Tochikubo , Kiyoko Nishijima, Kenji Ohshige and Kazuo Kimura .	ES-H55／ES-H55D／ES-H55DN ・耐用年数 4.5年 ・カフ買い替え目安 1年  ES-H56／ES-H56D ・耐用年数 5年 ・カフ買い替え目安 1年	<u>テルモ・コールセンター</u> <u>0120-12-8195</u>
2	医用電子血圧計	ES-H900D	試験報告書による JIS T 1115:2018 ISO81060-2、無侵襲血圧計－第2部：間欠的自 動測定タイプの臨床的妥当性確認の試験プロトコルに準じて試験	・耐用測定回数 9万回 ・耐用年数 5年 ・カフ買い替え目安 1年	<u>テルモ・コールセンター</u> <u>0120-12-8195</u>